



Ref Expediente N°32003

Buenos Aires

Circular N° 2

Directa por Bajo Monto 3805

Con relación al expediente de la referencia por la contratación de SONDA MULTIPARAMETRICA.

Se adjuntan especificaciones técnicas remitidas por el usuario.

La presente circular forma parte integral del Pliego de Bases y Condiciones de el/la Directa por Bajo Monto 3805

FABIAN GARCIA
COMPRAS NACIONALES
GERENCIA DE COMPRAS
S.E. CASA DE MONEDA

10/05/2021 10:50:35
S.E. CASA DE MONEDA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SONDA MULTIPARAMETRICA

Características :

Sonda portátil para la medición de Demanda Química de Oxígeno (DQO) Y Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO)

Modelo portátil DQO, COT, DBO con pantalla táctil,

Sonda portátil de inmersión con datalogger



Gerardo M. Casas
Gerente de Higiene, Seguridad
Y Medio Ambiente
S. E. CASA DE MONEDA